



**szkarabeusz**  
laboratóriumi kft.

**Szkarabeusz Laboratóriumi, Vegyipari és  
Kereskedelmi Kft.**

Raktár, iroda: 7622 Pécs Verseny u. 17.  
Postacím: 7602 Pécs Pf. 161.  
Telefon: (+36) 72-532-828  
Fax: (+36) 72-532-829  
E-mail: info@szkarabeusz.hu  
Honlap: www.szkarabeusz.hu

## Műbizonylat

### Etil-acetát

<b>Szinonima</b>	
<b>Képlet</b>	<b>C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub></b>
<b>Relatív molekulatömeg</b>	<b>88,11</b>
<b>CAS szám</b>	<b>[141-78-6]</b>
<b>EU szám</b>	<b>2055004</b>
<b>UN szám</b>	<b>1173</b>
<b>Kódszám</b>	<b>9-131318.1611</b>
<b>Minőség</b>	<b>a.r.</b>
<b>Kiszerezés</b>	<b>1000 ml</b>
<b>Gyártási szám</b>	<b>21.0369</b>
<b>Gyártási idő</b>	<b>2021.04.14.</b>
<b>Lejárati idő</b>	<b>2026.04.13.</b>

---

<b>Specifikációk</b>	<b>Tartalom (GC)</b>	<b>min 99,5 %</b>
	<b>d<sub>4</sub>(20°C)</b>	<b>0,899 - 0,901</b>
	<b>Törésmutató (n<sub>20D</sub>)</b>	<b>1,371 - 1,373</b>
	<b>Etanol (GC)</b>	<b>max 0,1 %</b>
	<b>Metanol (GC)</b>	<b>max 0,1 %</b>
	<b>Metil-acetát (GC)</b>	<b>max 0,1 %</b>
	<b>Titrálható sav</b>	<b>max 0,0008 mekv/g</b>
	<b>Szín</b>	<b>max 10 Hazen</b>
	<b>Víz (KF)</b>	<b>max 0,1 %</b>
	<b>Bepárlási maradék</b>	<b>max 0,002 %</b>
	<b>Kénsavpróba</b>	<b>előírás szerint</b>

---

Pécs, 2021. április 28.

**Aláírás és bélyegző nélkül is hiteles !**