



szkarabeusz
laboratóriumi kft.

**Szkarabeusz Laboratóriumi, Vegyipari és
Kereskedelmi Kft.**

Raktár, iroda: 7622 Pécs Verseny u. 17.

Postacím: 7602 Pécs Pf. 161.

Telefon: (+36) 72-532-828

Fax: (+36) 72-532-829

E-mail: info@szkarabeusz.hu

Honlap: www.szkarabeusz.hu

Műbizonylat

Diklór-metán

Szinonima	Metilén-diklorid
Képlet	CH ₂ Cl ₂
Relatív molekulatömeg	84,93
CAS szám	[75-09-2]
EU szám	2008389
UN szám	1593
Kódszám	9-131254.1611
Minőség	a.r.
Kiszerezés	1000 ml
Gyártási szám	23.0368
Gyártási idő	2023.02.16.
Lejárati idő	2028.02.15.

Specifikációk	Tartalom	min.99,5 %
	Savasság (HCl)	max.0,0003 %
	Víztartalom	max.0,02 %
	Szín	max.10 Hazen
	Kénsavpróba	előírás szerint
	Kloroform	max.0,01 %
	Széntetraklorid	max.0,01 %
	Bepárlási maradék	max.0,002 %
	Foszgén teszt	előírás szerint

Pécs, 2023. február 24.

Aláírás és bélyegző nélkül is hiteles !